

版本 A01

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		透明吸头，10ml，大口，适配赛默飞，盒装，无菌		产品货号		GT-10000-S	
包装规格		24 支/盒，30 盒/箱		生产批号		230321011	
生产日期		2023. 03. 21	有效期至	2026. 03. 20	检验日期	2023. 03. 22	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 03. 23	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂现象				符合规定	
		无变形				符合规定	
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液				符合规定	
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性				符合规定	
6	容量	10ml±1				符合规定	
7	机理环境	经检测要求无菌、无热原、无酶（DNA 酶、RNA 酶）				符合规定	
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：王欣新		确认人：张相平		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：2023. 03. 23		日期：2023. 03. 23		
http://www.genever-bio.com							