

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	微量离心管, 1.5ml, 锥形底, 无菌			产品货号	GC01-0015-S
包装规格	500 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	240515001
生产日期	2024.05.15	有效期至	2027.05.14	检验日期	2024.05.15
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.05.15
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	无黑点、气泡、拉痕等			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	印刷	印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影			符合规定
		印刷牢固, 3M 胶带粘贴 3 次无脱墨			符合规定
4	亲水性	TC 处理后, 测量接触角			N/A
5	离心力	符合 SIP 规定离心力值			符合规定
6	密封性测试	抽真空 -30kpa ~ -29kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定
7	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
8	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》			符合规定
9	细菌内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合规定
10	Rnase 检测	《核酸酶检验规范》			符合规定
11	Dnase 检测	《核酸酶检验规范》			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024.05.15	日期:	2024.05.15
http://www.genever-bio.com					