文件编号：JNW-QD-QR-5002　　版本 A01

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	血清移液管，50ml，独立包装，无菌			**产品货号**	GP03-0050
包装规格	25 支/袋，4 袋/箱			**生产批号**	15024031
生产日期	2024.03.04	**有效期至**	2027.03.03	**检验日期**	2024.03.05
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2024.03.06

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	材料	原材料应为医用级聚苯乙烯	符合规定
2	外观缺陷	表面和内层不得有影响计量读书、使用效果等缺陷	符合规定
3	流出时间	最快 0.5s,最慢 8.0s	符合规定
4	等待时间	如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的时间	符合规定
5	容量允差	最小分度 0.5ml,容量允差≤±1.0ml	符合规定
6	无菌试验	细菌培养结果应为阴性	符合规定
7	热原检查	细菌内毒素限值（L）≤ 0.5 EU/ml	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋
咨询热线：(+86) 400-996-8872
固定电话：(+86) 0523-86266686
http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2024.03.06	日期：	2024.03.06