

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		低吸附吸头，10u1，加长，带滤芯，盒装，无菌		产品货号		GT07-0010			
包装规格		96 支/盒，50 盒/箱		生产批号		202405004			
生产日期		2024. 05. 22	有效期至	2027. 05. 21	检验日期	2024. 05. 27			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 06. 11			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形				符合规定			
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液				符合规定			
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性				符合规定			
6	容量	10u1±1				符合规定			
7	菌落	经灭菌后检测结果应为无菌，应为阴性				符合规定			
8	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准：<0.125 EU/ml				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 06. 11		日期：		2024. 06. 11	
http://www.genever-bio.com									