

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	细胞培养板, 6孔, 平底, 表面 TC 处理, 无菌			产品货号	GS01-0006	
包装规格	1个/袋, 50袋/箱			生产批号	240307001	
生产日期	2024.03.07	有效期至	2027.03.06	检验日期	2024.03.09	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.03.24	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷			符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定	
3	接触角	接触角 $\leq 60^\circ$			符合规定	
4	细胞培养检测	细胞培养后, 细胞贴壁状态良好, 形态良好			符合规定	
5	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定	
6	无菌	灭菌后产品经检测应为无菌			符合规定	
7	细菌内毒素	经检测细菌内毒素 ≤ 0.1 EU/mL			符合规定	
8	核酸酶检验	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定	
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定	
		测试品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872					日期:	2024.03.24
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						