文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	细胞培养瓶，T75，表面 TC 处理，透气盖，无菌			**产品货号**	GS03-7500
包装规格	5 个/袋，20 袋/箱			**生产批号**	230513012
生产日期	2023.05.13	**有效期至**	2026.05.12	**检验日期**	2023.05.15
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2023.05.30

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格	符合规定
3	包装	包材、数量正确，包装完好	符合规定
4	无菌	灭菌后产品经检测应为无菌	符合规定
5	细菌内毒素	应符合《细菌内毒素检验规范》中要求	符合规定
6	细胞培养检测	应符合《细胞培养类产品性能检验规范》中要求	符合规定
7	浸出物测试	应符合《浸出物检验规范》中要求	符合规定
8	初始污染菌测试	应符合《初始污染菌检验规范》中要求	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王欣新	确认人：	张相平
咨询热线：（+86）400-996-8872				
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2023.05.30	日期：	2023.05.30
http://www.genever-bio.com				