

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	方形培养基瓶, 30ml, PETG, 无菌			产品货号	GH02-0030
包装规格	40 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	230528001
生产日期	2023. 05. 28	有效期至	2026. 05. 27	检验日期	2023. 05. 30
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 06. 14
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	瓶口端面应平整, 螺纹应圆滑, 无明显毛刺、飞边等			符合规定
		瓶身成型饱满、塑化良好, 表面光滑, 无明显划痕			符合规定
		瓶底站立平稳, 放置时不得出现摇晃现象			符合规定
		瓶盖应光洁, 不得有黑点、锈斑、油污等外来附着物			符合规定
		色泽均匀, 透明度好, 能清晰的观察到容器内的物质			符合规定
2	刻度	容量刻度线清晰完整, 不得缺失刻度和数字			符合规定
		容量刻度误差应控制在标示容量的 $\pm 0.5\text{ml}$ 范围内			符合规定
3	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
4	密封性	瓶盖与瓶身应旋盖顺畅, 配合严密			符合规定
		经-95Kpa, 120s 密封性试验后, 应无渗漏			符合规定
5	耐高温性能	放入 56℃ 水浴中, 放置 30min 后取出, 瓶体应无异样			符合规定
6	耐低温性能	放入-80℃ 环境下, 放置 48h 后取出, 瓶体应无异样			符合规定
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
8	内毒素检测	经检测细菌内毒素的含量应 $<0.125\text{ EU/ml}$			符合规定
检验结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 06. 14	日期:	2023. 06. 14
http://www.genever-bio.com					