

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR96 孔板, 0.1ml, 透明, 全裙边		产品货号		PCR-01F-96	
包装规格		10 个/袋, 5 袋/箱		生产批号		202405010	
生产日期		2024. 05. 14	有效期至	2029. 05. 13	检验日期	2024. 05. 15	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 05. 16	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷				符合规定	
2	壁厚	壁厚标准规格: 0.180~0.360mm				符合规定	
3	蒸发率	PCR 板≤10%				符合规定	
4	离心	无漏液				符合规定	
5	低温冷藏离心	无漏液				符合规定	
6	负压	PCR 板在测漏仪-90KPa 压力下平衡保持 5 秒, 压力变化范围不超过 80Pa				符合规定	
7	包装	包材、数量正确, 包装完好				符合规定	
8	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定	
9	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定	
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	江苏万为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 王军		确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872							
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024. 05. 16		日期:	2024. 05. 16	
http://www.genever-bio.com							