

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	透明吸头, 5ml, 大口, 适配艾本德, 袋装			产品货号	GT-5000A
包装规格	100 支/袋, 10 袋/箱			生产批号	230413015
生产日期	2023. 04. 13	有效期至	2026. 04. 12	检验日期	2023. 04. 14
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 04. 15
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺		符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格		符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
4	密封性	与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液		符合规定	
5	适配性	与移液设备配套使用, 应有良好的适配性		符合规定	
6	容量	5ml±1		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 04. 15	日期:	2023. 04. 15
http://www.genever-bio.com					