

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶, 8ml, HDPE, 无菌		产品货号		GE02-0008S			
包装规格		150 个/袋, 10 袋/箱		生产批号		20240225			
生产日期		2024. 02. 25	有效期至	2027. 02. 24	检验日期	2024. 02. 27			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 03. 13			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	黑点≤0.2mm², 同侧面黑点≤2 个				符合规定			
		无油污, 无异色				符合规定			
		无裂痕/拉伤, 无划伤				符合规定			
		无色差、无气泡/穿孔				符合规定			
		无缩水/变形, 无缺料				符合规定			
		浇口/毛刺≤0.3mm				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	密封性	抽空-70kpa~-90Kpa, 3 分钟不渗漏				符合规定			
4	包装	包材、数量正确, 包装完好				符合规定			
5	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定			
6	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:		质检专用章 王 军		确认人:		汤 磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872									
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:		2024. 03. 13		日期:		2024. 03. 13	
http://www.genever-bio.com									