

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		滤芯吸头，10ml，盒装，无菌		产品货号		GTF-10000-S	
包装规格		24 支/盒，30 盒/箱		生产批号		202506004	
生产日期		2025. 06. 26	有效期至	2028. 06. 25	检验日期	2025. 06. 29	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 07. 14	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形				符合规定	
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液				符合规定	
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性				符合规定	
6	容量	10ml±1				符合规定	
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定	
8	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准：<0.125 EU/ml				符合规定	
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2025. 07. 14	日期：	2025. 07. 14
http://www.genever-bio.com							