

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，方孔锥底，1.2ml，低吸附		产品货号		GE-12A-96-T				
包装规格		10 个/袋，10 袋/箱		生产批号		202507002				
生产日期		2025. 07. 15	有效期至	2030. 07. 14	检验日期		2025. 07. 20			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期		2025. 07. 21			
序号	检验项目	标准规定				检验结果				
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定				
		产品表面无气泡、黑点、脏污等				符合规定				
		产品上毛边小于 0.1mm				符合规定				
		产品无缺口、破孔、明显色差等				符合规定				
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定				
3	负压侧漏	不允许有渗漏				符合规定				
4	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定				
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定				
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定				
检验结论		合格 质控专用章								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人： 王 军		确认人：		汤 磊			
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2025. 07. 21		日期：		2025. 07. 21	
http://www.genever-bio.com										