

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	吸头盒，适配 1250ul 吸头			产品货号	TK1250
包装规格	50 个/箱			生产批号	250709001
生产日期	2025. 07. 09	有效期至	2030. 07. 08	检验日期	2025. 07. 10
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 07. 11
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		不得有砂眼，周边不得有毛刺		符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
3	尺寸	应符合图纸中规格		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872					
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2025. 07. 11	日期：	2025. 07. 11
http://www.genever-bio.com					