

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		微量离心管，2.0ml，锥形底，无菌		产品货号		GC01-0020-S		
包装规格		500 个/袋，10 袋/箱		生产批号		250709003		
生产日期		2025. 07. 09	有效期至	2028. 07. 08	检验日期	2025. 07. 11		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 07. 26		
序号	检验项目	标准规定				检验结果		
1	外观	表面光洁，不缺胶、缩水，平整不变形，无明显黑点				符合规定		
		无划痕裂迹、料花、杂料、油污、手印、气泡和飞边						
		管体透明，计量刻度准确，字迹清楚，线条清晰						
		塑料盖无胶丝、胶屑、外来杂质						
2	离心力	耐受离心力 25000xg, 离心时间 30min				符合规定		
		离心后，管体应不变形、不破裂						
3	壁厚	锥底中部壁厚≥0.75				符合规定		
4	容量误差	应控制在标示容量的±3%范围内				符合规定		
5	装配与密封性能	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象				符合规定		
		管体密封性能良好，操作中无液体泄露						
6	耐高温耐高压性能	放入高压消毒器，经 121℃30min 后，应无变形与损伤				符合规定		
7	耐低温性能	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，应无变形与损伤				符合规定		
8	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定		
9	内毒素检测	细菌内毒素限值（L）≤0.5 EU/ml				符合规定		
检验结论		合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：王 军		确认人：汤 磊			
咨询热线：(+86) 400-996-8872								
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：2025. 07. 26		日期：2025. 07. 26			
http://www.genever-bio.com								