文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	50ml 试剂槽，白色，PP 材质，耐高温高压			产品货号	GP02-2050
包装规格	20 个/袋			生产批号	250715003
生产日期	2025.07.15	有效期至	2030.07.14	检验日期	2025.07.16
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.07.17

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		表面应光洁、平整	符合规定
		槽口不得有砂眼，周边不得有毛刺	符合规定
		无杂质、气泡等	符合规定
		无油污、脏污，无头发等杂物附着	符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	符合规定
3	容量	50ml±1	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872				
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2025.07.17	日期：	2025.07.17
http://www.genever-bio.com				

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章