

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		酶标板，黑色，高结合力，带盖		产品货号		GM02-96H	
包装规格		25 个/袋，4 袋/箱		生产批号		250703002	
生产日期		2025. 07. 03	有效期至	2030. 07. 02	检验日期	2025. 07. 04	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 07. 05	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷				符合规定	
2	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0. 02mm				符合规定	
3	配合	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好，无装配过紧或明显松动				符合规定	
4	ELISA	CV 值≤10%				符合规定	
5	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
6	外箱	外箱完好无损，标签信息正确无误，产品数量及包装方式正确				符合规定	
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合规定	
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2025. 07. 05	日期：	2025. 07. 05		
http://www.genever-bio.com							