

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		硅胶封板盖，适用于 0.36ml，96 孔圆孔深孔板		产品货号		GE-M-RD-96-U	
包装规格		10 片/袋，5 袋/箱		生产批号		250721001	
生产日期		2025. 07. 21	有效期至	2030. 07. 20	检验日期	2025. 07. 22	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 07. 23	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品表面应光洁、平整				符合规定	
		无明显划伤、裂纹				符合规定	
		无黑点、脏污				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定	
3	包装	外箱整洁，包装数量准确，内包装无破损				符合规定	
		标识正确，清晰，标签位置符合要求				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2025. 07. 23	日期：	2025. 07. 23	
http://www.genever-bio.com							