

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 方孔圆底, 2.2ml, 无盖, 无菌			产品货号	GE-2.2-SQ-96-S
包装规格	5 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	250831005
生产日期	2025.08.31	有效期至	2028.08.30	检验日期	2025.09.02
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.09.17
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形			符合规定
		产品表面无气泡、黑点、脏污等			符合规定
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定
		产品无缺口、破孔、明显色差等			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定
4	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
5	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	质检专用章 王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2025.09.17	日期:
http://www.genever-bio.com					2025.09.17