

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，方孔圆底，2.2ml，无盖，无菌		产品货号		GE-2.2-SQ-96-S	
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		250827001	
生产日期		2025.08.27	有效期至	2028.08.26	检验日期		2025.08.29
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期		2025.09.13
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形			符合规定		
		产品表面无气泡、黑点、脏污等			符合规定		
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定		
		产品无缺口、破孔、明显色差等			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定		
3	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定		
4	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定		
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定		
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王军	确认人：	汤磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2025.09.13	日期：	2025.09.13		
http://www.genever-bio.com							