

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		超滤离心管，0.5ml，50KD		产品货号		GA03-0054			
包装规格		96 个/盒		生产批号		250908011			
生产日期		2025. 09. 08	有效期至	2027. 09. 07	检验日期	2025. 09. 09			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 09. 10			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	材质	膜材质：PES				符合规定			
		过滤器材质：PC							
		滤出液管和滤出液盖子及衬里材质：PP							
2	有效过滤面积	7.2cm ²				符合规定			
3	尺寸和过滤器尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
4	容量	最大样品体积 15ml，最大过滤体积 17ml				符合规定			
5	滞留量和锁止体积	≤30 和 300				符合规定			
6	PH 范围	1-14				符合规定			
7	摆桶式转子和定角转子	水平转子：4000g，定角转子：5000g				符合规定			
8	完整性测试	合格				符合规定			
9	免疫球蛋白 G（1mg/ml）截留率	>95%（1mg/ml 卵清白蛋白）				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2025. 09. 10		日期：		2025. 09. 10	
http://www.genever-bio.com									