

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	PCR 384 孔板, 40ul, 白色, 全裙边			产品货号	PCR-384W
包装规格	10 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	251112004
生产日期	2025.11.12	有效期至	2030.11.11	检验日期	2025.11.13
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.11.14
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
4	容量	40ul±1			符合规定
5	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准: ≤0.05EU/ml			符合规定
6	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
检验结论		合格 			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2025.11.14	日期:
http://www.genever-bio.com					2025.11.14