

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	微孔滤膜, 水系, 混合纤维素 MCE, 47mm, 0.45um, 白膜, 无菌			产品货号	GE-F5024-1S
包装规格	200 片/盒			生产批号	251103001
生产日期	2025.11.03	有效期至	2028.11.02	检验日期	2025.11.05
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.11.20
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	直径	47±0.05mm			47.0
2	润湿性	亲水			符合规定
3	最高工作温度(℃)	100			符合规定
4	水泡点	2.3~3.0 bar			2.5
4	清洁度等级	无斑点、无杂质			符合规定
5	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2025.11.20	日期:
http://www.genever-bio.com					2025.11.20