


文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		程序降温盒，18 孔，适用于 2ml 冻存管		产品货号		GD02-0020			
包装规格		1 个/箱		生产批号		251112002			
生产日期		2025. 11. 12	有效期至	2030. 11. 11	检验日期	2025. 11. 13			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 11. 14			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定			
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形				符合规定			
3	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：				确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2025. 11. 14		日期：		2025. 11. 14	
http://www.genever-bio.com									