

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		微量离心管，1.5ml，锥形底，低吸附		产品货号		GCL01-0015	
包装规格		500 个/袋，10 袋/箱		生产批号		251201002	
生产日期		2025. 12. 01	有效期至	2030. 11. 30	检验日期	2025. 12. 02	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 12. 03	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	表面光洁，不缺胶、缩水，平整不变形，无明显黑点				符合规定	
		无划痕裂迹、料花、杂料、油污、手印、气泡和飞边					
		管体透明，计量刻度准确，字迹清楚，线条清晰					
		塑料盖无胶丝、胶屑、外来杂质					
2	离心力	耐受离心力 25000xg, 离心时间 30min				符合规定	
		离心后，管体应不变形、不破裂					
3	壁厚	锥底中部壁厚≥0.75				符合规定	
4	容量误差	应控制在标示容量的±3%范围内				符合规定	
5	装配与密封性能	管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象				符合规定	
		管体密封性能良好，操作中无液体泄露					
6	耐高温耐高压性能	放入高压消毒器，经 121℃30min 后，应无变形与损伤				符合规定	
7	耐低温性能	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，应无变形与损伤				符合规定	
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2025. 12. 03	日期：	2025. 12. 03	
http://www.genever-bio.com							