

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		细菌培养皿，90mm，无菌		产品货号		GP02-3090	
包装规格		10 个/袋，50 袋/箱		生产批号		251203002	
生产日期		2025. 12. 03	有效期至	2028. 12. 02	检验日期	2025. 12. 05	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 12. 20	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定		
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定		
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定		
		无变形			符合规定		
3	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定		
4	机理环境	无菌，无酶，无热原			符合规定		
检验结论		合格 质检验专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2025. 12. 20	日期：	2025. 12. 20	
http://www.genever-bio.com							