

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	广口试剂瓶, 60ml, PP			产品货号	GE01-0060
包装规格	100 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	20250610
生产日期	2025.06.10	有效期至	2030.06.09	检验日期	2025.06.11
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.06.12
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点≤0.2mm ² , 同侧面黑点≤2 个			符合规定
		无油污、无异色			符合规定
		无裂痕/拉伤、无划伤			符合规定
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定
		无缩水/变形、无缺料			符合规定
		浇口/毛刺≤0.3mm			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	密封性	抽空-70kpa~-90Kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定
4	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	质检专用章 王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2025.06.12	日期:
http://www.genever-bio.com					2025.06.12