

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	PCR96 孔板, 0.1ml, 白色, 半裙边			产品货号	PCR-01S-96W
包装规格	10 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	251223001
生产日期	2025.12.23	有效期至	2030.12.22	检验日期	2025.12.24
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.12.25
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷			符合规定
2	壁厚	壁厚标准规格: 0.180~0.360mm			符合规定
3	蒸发率	PCR 板≤10%			符合规定
4	离心	无漏液			符合规定
5	低温冷藏离心	无漏液			符合规定
6	负压	PCR 板在测漏仪-90KPa 压力下平衡保持 5 秒, 压力变化范围不超过 80Pa			符合规定
7	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
8	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml			符合规定
9	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	质检专用章 王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2025.12.25	日期:
http://www.genever-bio.com					2025.12.25