

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	针式过滤器, 水系 PES, 33mm, 0.22μm, 无菌			产品货号	GA02-3305
包装规格	50 个/盒			生产批号	251216LM
生产日期	2025.12.16	有效期至	2030.12.15	检验日期	2025.12.18
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.01.02
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	过滤面积	0.8 cm ²			符合规定
2	Holdup 体积(ul)	15 ul			符合规定
3	润湿性	亲水性的			符合规定
4	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口			符合规定
5	最高使用温度(℃)	100			符合规定
6	在 23℃ 的起泡点	2.75–3.25 bar			符合规定
7	燃烧压力	15 bar			符合规定
8	清洁度水平	无斑点, 无杂质			符合规定
9	完整性测试	压力下无泄漏			符合规定
10	外观	没有闪光, 没有变形, 没有可见的斑点			符合规定
11	包装	打印效果好, 包装完整无破损			符合规定
12	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
检验结论	合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	质检专用章 王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2026.01.02	日期:
http://www.genever-bio.com					2026.01.02