

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	样品管, 2.0ml, 可立, 带平盖, 无色, 绿盖			产品货号	GY01-0020-G
包装规格	100 支/袋, 10 袋/箱			生产批号	260105002
生产日期	2026.01.05	有效期至	2031.01.04	检验日期	2026.01.06
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.01.07
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷			符合规定
2	配合性能	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭			符合规定
		垫圈与管盖、管体配合良好			符合规定
3	泄漏测试	加入液体（水）倒置静置 1 小时，无漏液			符合规定
4	密封性能	-0.06Mpa 状态下 10min，无漏液变形			符合规定
5	离心测试	14000Rcf，离心 20min，不可有开裂、损坏、泄露等			符合规定
6	冷冻性能	经-20℃，24 小时测试后，不可有开裂、损坏、泄露等			符合规定
7	包装	包材、数量正确，包装完好			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	质检专用章 王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2026.01.07	日期:
http://www.genever-bio.com					2026.01.07