

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR 八联管，0.2ml，透明，连盖		产品货号		PCR-0208-FC		
包装规格		125 个/盒，10 盒/箱		生产批号		260111001		
生产日期		2026. 01. 11	有效期至	2031. 01. 10	检验日期	2026. 01. 12		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 01. 13		
序号	检验项目	标准规定				检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定		
		管口不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定		
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定		
		无变形				符合规定		
		密封效果良好				符合规定		
3	容量	0.2ml±0.01				符合规定		
4	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定		
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定		
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定		
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定		
检验结论		合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验：		王 军		确认：		汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872								
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 01. 13		日期：		2026. 01. 13
http://www.genever-bio.com								