

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	冻存盒, PC 材质, 100 格, 适用于 1ml、2ml 冻存管	产品货号	GD03-1010		
包装规格	50 个/箱	生产批号	260214002		
生产日期	2026.02.14	有效期至	2031.02.13	检验日期	2026.02.24
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.02.25
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.02.25	日期:	2026.02.25
http://www.genever-bio.com					