

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		可立冻存管，1.8ml，外旋，无菌		产品货号		GD01-0020	
包装规格		100 支/袋，20 袋/箱		生产批号		260214003	
生产日期		2026. 02. 14	有效期至	2029. 02. 13	检验日期	2026. 02. 23	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 03. 09	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁				符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形				符合规定	
		密封效果好				符合规定	
3	温度	通过-196℃低温测试，无明显损伤				符合规定	
4	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
5	容量	1.8ml				符合规定	
6	机理环境	无菌，无酶，无热原				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		汤磊		确认人：	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 03. 09		日期：	
http://www.genever-bio.com							