

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	微量离心管, 1.5ml, 锥形底			产品货号	GC01-0015
包装规格	500个/袋, 10袋/箱			生产批号	260212010
生产日期	2026.02.12	有效期至	2031.02.11	检验日期	2026.02.13
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.02.14
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面应光洁, 不缺胶、缩水, 平整不变形, 无明显黑点			符合规定
		无划痕裂迹、料花、杂料、油污、手印、气泡和飞边			
		管体透明, 计量刻度准确, 字迹清楚, 线条清晰			
		塑料盖无胶丝、胶屑、外来杂质			
2	离心力	耐受离心力 25000xg, 离心时间 30min			符合规定
		离心后, 管体应不变形、不破裂			
3	壁厚	锥底中部壁厚 ≥ 0.75			符合规定
4	容量误差	应控制在标示容量的 $\pm 3\%$ 范围内			符合规定
5	装配与密封性能	管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象			符合规定
		管体密封性能良好, 操作中无液体泄露			
6	耐高温耐高压性能	放入高压消毒器, 经 121°C 30min 后, 应无变形与损伤			符合规定
7	耐低温性能	放入 -80°C 冰箱中, 放置 24h 后, 应无变形与损伤			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.02.14	日期:	2026.02.14
http://www.genever-bio.com					