

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	离心管, 15ml, 锥形底, 架装, 无菌, 离心力 9000g	产品货号	GC01-0151		
包装规格	25 个/袋, 20 袋/箱	生产批号	260224002		
生产日期	2026.02.24	有效期至	2029.02.23	检验日期	2026.02.26
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.13
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺		符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
3	亲水性	TC 处理后, 测量接触角		N/A	
4	包装	包材、数量正确, 包装完好		符合规定	
5	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》		符合规定	
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌		符合规定	
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》		符合规定	
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.03.13	日期:	2026.03.13
http://www.genever-bio.com					