

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 圆孔圆底, 1.2ml, 无盖	产品货号	GE-1.2-RD-96		
包装规格	5 个/袋, 10 袋/箱	生产批号	260226001		
生产日期	2026.02.26	有效期至	2031.02.25	检验日期	2026.02.27
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.02.28
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形			符合规定
		产品表面无气泡、黑点、脏污等			符合规定
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定
		产品无缺口、破孔、明显色差等			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定
4	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.02.28	日期:	2026.02.28
http://www.genever-bio.com					