

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	广口试剂瓶, 500ml, HDPE			产品货号	GE02-0500
包装规格	12 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	20260119
生产日期	2026.01.19	有效期至	2031.01.18	检验日期	2026.01.20
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.01.21
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点 $\leq 0.2\text{mm}^2$ , 同侧面黑点 $\leq 2$ 个			符合规定
		无油污, 无异色			符合规定
		无裂痕/拉伤, 无划伤			符合规定
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定
		无缩水/变形, 无缺料			符合规定
		浇口/毛刺 $\leq 0.3\text{mm}$			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	密封性	抽空-70kpa $\sim$ -90Kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定
4	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.01.21	日期:	2026.01.21
http://www.genever-bio.com					