

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	黄色吸头, 200u1, 加长, 袋装			产品货号	GT01-0200Y
包装规格	1000 支/袋, 10 袋/箱			生产批号	202512001
生产日期	2025. 12. 09	有效期至	2030. 12. 08	检验日期	2025. 12. 10
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 12. 11
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
4	密封性	与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液			符合规定
5	适配性	与移液设备配套使用, 应有良好的适配性			符合规定
6	容量	200u1±1			符合规定
检验结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2025. 12. 11	日期:	2025. 12. 11
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					