

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 圆孔圆底, 1.2ml, 低吸附, 无盖			产品货号	GE-1.2-RD-96L	
包装规格	5 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	260319001	
生产日期	2026.03.19	有效期至	2031.03.18	检验日期	2026.03.20	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.21	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形			符合规定	
		产品表面无气泡、黑点、脏污等				
		产品上毛边小于 0.1mm				
		产品无缺口、破孔、明显色差等				
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定	
		无变形				
4	负压测试	负压 90KPa, 保压 5s, 无渗漏			符合规定	
5	耐高温性	放入灭菌器中, 经 121°C、30min 后, 不得变形与损伤			符合规定	
6	耐低温性	放入 -80°C 冰箱中, 放置 24h 后, 不得变形与损伤			符合规定	
7	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872					日期:	2026.03.21
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						