

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	样品管, 2.0ml, 可立, 带平盖, 无色	产品货号	GY01-0020		
包装规格	100支/袋, 10袋/箱	生产批号	260305001		
生产日期	2026.03.05	有效期至	2031.03.04	检验日期	2026.03.06
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.07
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷			符合规定
2	配合性能	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭			符合规定
		垫圈与管盖、管体配合良好			符合规定
3	泄漏测试	加入液体（水）倒置静置1小时, 无漏液			符合规定
4	密封性能	-0.06Mpa 状态下 10min, 无漏液变形			符合规定
5	离心测试	14000Rcf, 离心 20min, 不可有开裂、损坏、泄露等			符合规定
6	冷冻性能	经-20℃, 24小时测试后, 不可有开裂、损坏、泄露等			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.03.07	日期:	2026.03.07
http://www.genever-bio.com					