

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

| 产品名称                       | 滤芯吸头, 5ml, 小口, 适配赛默飞, 盒装, 无菌 |                           |            | 产品货号 | GTF-5000-S |  |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|------|------------|--|
| 包装规格                       | 40 支/盒, 30 盒/箱               |                           |            | 生产批号 | 260323007  |  |
| 生产日期                       | 2026.03.23                   | 有效期至                      | 2029.03.22 | 检验日期 | 2026.03.25 |  |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP                  | 检验部门                      | 质控部        | 报告日期 | 2026.04.09 |  |
| 序号                         | 检验项目                         | 标准规定                      |            |      | 检验结果       |  |
| 1                          | 外观                           | 色泽均匀一致、透明、无明显色差           |            |      | 符合规定       |  |
|                            |                              | 表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡     |            |      |            |  |
|                            |                              | 不得有砂眼, 周边不得有毛刺            |            |      |            |  |
| 2                          | 尺寸                           | 应符合图纸中规格要求                |            |      | 符合规定       |  |
| 3                          | 结构                           | 不可有缺料、多料、断裂等现象            |            |      | 符合规定       |  |
|                            |                              | 无变形                       |            |      |            |  |
| 4                          | 密封性                          | 与移液器配套使用, 密封性好, 无漏液       |            |      | 符合规定       |  |
| 5                          | 适配性                          | 与移液器配套使用, 应有良好的适配性        |            |      | 符合规定       |  |
| 6                          | 容量                           | 5ml ± 1%                  |            |      | 符合规定       |  |
| 7                          | 无菌                           | 灭菌后经检测应为阴性                |            |      | 符合规定       |  |
| 8                          | 热原 (内毒素)                     | 无热原 (细菌内毒素 ≤ 0.125 EU/ml) |            |      | 符合规定       |  |
| 检验结论                       |                              | 合格<br>质检专用章               |            |      |            |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                              | 检验人:                      | 王军         | 确认人: | 汤磊         |  |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                              | 日期:                       | 2026.04.09 | 日期:  | 2026.04.09 |  |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                              |                           |            |      |            |  |
| http://www.genever-bio.com |                              |                           |            |      |            |  |