

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 微量离心管, 1.5ml, 锥形底, 棕色 | 产品货号 | GC01-0015B | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------|------------|
| 包装规格 | 500个/袋, 10袋/箱 | 生产批号 | 260323009 | | |
| 生产日期 | 2026.03.23 | 有效期至 | 2031.03.22 | 检验日期 | 2026.03.24 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2026.03.25 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 色泽均匀一致、透明、无明显色差 | | | 符合规定 |
| | | 表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡 | | | |
| | | 不得有砂眼, 周边不得有毛刺 | | | |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格要求 | | | 符合规定 |
| 3 | 结构 | 不可有缺料、多料、断裂等现象 | | | 符合规定 |
| | | 无变形 | | | |
| 4 | 离心测试 | 离心力 25000xg, 30min 离心后, 不得变形与破裂 | | | 符合规定 |
| 5 | 装配与密封性 | 管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象 | | | 符合规定 |
| | | 密封性好, 操作中无液体泄露 | | | |
| 6 | 耐高温性 | 放入灭菌器中, 经 121°C、30min 后, 不得变形与损伤 | | | 符合规定 |
| 7 | 耐低温性 | 放入 -80°C 冰箱中, 放置 24h 后, 不得变形与损伤 | | | 符合规定 |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人: | 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2026.03.25 | 日期: | 2026.03.25 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |