

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	PCR管, 0.2ml, 透明, 平盖			产品货号	PCR-02-F
包装规格	1000个/袋, 10袋/箱			生产批号	260301004
生产日期	2026.03.01	有效期至	2031.02.28	检验日期	2026.03.02
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.03
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
		密封效果好			符合规定
3	容量	0.2ml ± 0.01			符合规定
4	内毒素	经检测细菌内毒素 < 0.125 EU/ml			符合规定
5	核酸酶	经检测应无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:	质检专用章 王军	确认:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.03.03	日期:	2026.03.03
http://www.genever-bio.com					