

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	离心管, 50ml, 锥形底, 袋装, 无菌, 离心力 9000g	产品货号	GC01-0500		
包装规格	25 个/袋, 20 袋/箱	生产批号	260304002		
生产日期	2026.03.04	有效期至	2029.03.03	检验日期	2026.03.06
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.20
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
		密封效果好			
4	细胞培养	细胞贴壁状态良好, 形态良好			符合规定
5	无菌	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
6	内毒素	经检测细菌内毒素 < 0.125 EU/ml			符合规定
7	核酸酶	经检测应无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.03.20	日期:	2026.03.20
http://www.genever-bio.com					