

## 建诺为生物技术(江苏)有限公司

## 产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96孔, 方孔锥底, 2.2ml, 低吸附, 无盖, 无菌			产品货号	GE-2.2-SQV-96L-S	
包装规格	5个/袋, 10袋/箱			生产批号	260323008	
生产日期	2026.03.23	有效期至	2029.03.22	检验日期	2026.03.25	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.09	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形			符合规定	
		产品表面无气泡、黑点、脏污等				
		产品上毛边小于 0.1mm				
		产品无缺口、破孔、明显色差等				
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定	
		无变形				
4	负压测试	负压 90KPa, 保压 5s, 无渗漏			符合规定	
5	耐高温性	放入灭菌器中, 经 121℃、30min 后, 不得变形与损伤			符合规定	
6	耐低温性	放入 -80℃冰箱中, 放置 24h 后, 不得变形与损伤			符合规定	
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定	
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872					日期:	2026.04.09
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						