

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	微量离心管, 10ml, 圆底, 连盖, 无菌			产品货号	GC01-0100-S
包装规格	100 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	260323010
生产日期	2026.03.23	有效期至	2029.03.22	检验日期	2026.03.25
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.09
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
4	离心测试	离心力 25000xg, 30min 离心后, 不得变形与破裂			符合规定
5	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象			符合规定
		密封性好, 操作中无液体泄露			
6	耐高温性	放入灭菌器中, 经 121°C、30min 后, 不得变形与损伤			符合规定
7	耐低温性	放入 -80°C 冰箱中, 放置 24h 后, 不得变形与损伤			符合规定
8	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定
9	热原 (内毒素)	无热原 (细菌内毒素 ≤ 0.125 EU/ml)			符合规定
10	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.04.09	日期:	2026.04.09
http://www.genever-bio.com					