

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	微量离心管, 2.0ml, 锥形底, 无菌			产品货号	GC01-0020-S
包装规格	500 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	260301005
生产日期	2026.03.01	有效期至	2029.02.28	检验日期	2026.03.03
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.17
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	离心	耐受离心力 25000xg, 离心时间 30min			符合规定
		离心后, 管体应不变形、不破裂			
4	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象			符合规定
		管体密封性良好, 操作中无液体泄露			
5	耐高温高压性	放入高压灭菌器, 经 121°C 30min 后, 应无变形与损伤			符合规定
6	耐低温性	放入 -80°C 冰箱中, 放置 24h 后, 应无变形与损伤			符合规定
7	无菌	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
8	内毒素	经检测细菌内毒素 < 0.125 EU/ml			符合规定
9	核酸酶	经检测应无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.03.17	日期:	2026.03.17
http://www.genever-bio.com					