

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	PCR96 孔板, 0.1ml, 白色, 半裙边			产品货号	PCR-01S-96W
包装规格	10 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	260330001
生产日期	2026.03.30	有效期至	2031.03.29	检验日期	2026.03.31
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.01
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	表面不得有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
4	壁厚	壁厚标准规格: 0.180~0.360mm			符合规定
5	蒸发率	PCR96 孔板 ≤10%			符合规定
6	离心测试	20min 离心后, 无漏液			符合规定
7	负压测试	负压 90KPa, 保压 5s, 无渗漏			符合规定
8	热原(内毒素)	无热原 (细菌内毒素 ≤0.125 EU/ml)			符合规定
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.04.01	日期:	2026.04.01
http://www.genever-bio.com					

