

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	巴氏吸管, 1ml, 独立包装, 无菌			产品货号	GP02-1001
包装规格	120支/袋, 5袋/箱			生产批号	260329002
生产日期	2026.03.29	有效期至	2029.03.28	检验日期	2026.03.31
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.15
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
4	容量	1ml±0.1			符合规定
5	无菌	灭菌后经检测应为阴性			符合规定
6	热原(内毒素)	无热原(细菌内毒素≤0.125 EU/ml)			符合规定
7	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王年	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.04.15	日期:	2026.04.15
http://www.genever-bio.com					