

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	酶标板, 黑色, 高结合力, 带盖			产品货号	GM02-96H
包装规格	25 个/袋, 4 袋/箱			生产批号	260402003
生产日期	2026.04.02	有效期至	2031.04.01	检验日期	2026.04.03
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.04
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
4	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0.02mm			符合规定
5	配合性	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好, 无装配过紧或明显松动			符合规定
6	ELISA	CV 值 $\leq$ 10%			符合规定
7	热原(内毒素)	无热原(细菌内毒素 $\leq$ 0.125 EU/ml)			符合规定
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.04.04	日期:	2026.04.04
http://www.genever-bio.com					