

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	超滤离心管, 15ml, 5KD			产品货号	GA03-1501
包装规格	12 个/盒			生产批号	260416001
生产日期	2026.04.16	有效期至	2028.04.15	检验日期	2026.04.17
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.18
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	材质	膜材质: PES			符合规定
		过滤器材质: PC			
		滤出液管和滤出液盖子及衬里材质: PP			
2	有效过滤面积	7.2cm ²			符合规定
3	尺寸和过滤器尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
4	容量	最大样品体积 15ml, 最大过滤体积 17ml			符合规定
5	滞留量和锁止体积	≤30 和 300			符合规定
6	PH 范围	1-14			符合规定
7	摆桶式转子和定角转子	水平转子: 4000g, 定角转子: 5000g			符合规定
8	完整性测试	合格			符合规定
9	免疫球蛋白 G (1mg/ml) 截留率	>95% (1mg/ml 卵清白蛋白)			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.04.18	日期:	2026.04.18
http://www.genever-bio.com					